

**OGŁOSZENIE**  
**Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 10/PN/2017**

Z dnia: **23-11-2017**

Nazwa (firma) Zamawiającego

**SZPITAL TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA**

Adres Zamawiającego

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  
TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,  
www.szpitaletczewskiesa.pl

**Pytanie 1**

**Pakiet 2 – system grzewczy pacjenta**

Parametry graniczne

Pkt. 8

Prosimy o systemu grzewczego z niezależnym wyłącznikiem bezpieczeństwa przy przekroczeniu 41°C

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza niezależny wyłącznik bezpieczeństwa przy przekroczeniu 41°C**

**Pytanie 2**

Dotyczy pakietu nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu 1 pozycji od 84 do 100 „INSTRUMENTARIUM LAPAROSKOPOWE” co pozwoli na przystąpienie do przetargu kilku firmom oferującym najwyższej jakości, oryginalne, spełniające wymogi narzędzia do zabiegów laparoskopowych.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 3**

Dotyczy pakietu nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z tyt. nieterminowej dostawy z 5% do 2%?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 4**

Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia na wyroby niemedyczne deklaracji zgodności dla produktów, które nie podlegają pod procedurę deklaracji zgodności i oznakowania znakiem CE to jest: tabliczki identyfikacyjnej (poz. 99)

**Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia na wyroby niemedyczne deklaracji zgodności i oznakowania znakiem CE w poz. 99**