



**SZPITALE
TCZEWSKIE SA**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 06/PN/2019

z dnia: 17-05-2019r.	
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego	SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL./FAX 58.777.66.73 www.szpitaletczewskiesa.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia	PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych Zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy PROCEDURA O KTÓREJ MOWA W ART. 24aa, ust. 1 ustawy Pzp
III. Opis przedmiotu zamówienia	<u>Dostawa ambulansów typu C i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.</u> Zamawiający dopuszcza podzielenie zamówienia na części, zwane „Pakietami”. Zamawiający do przedmiotowego zamówienia przewidział 2 pakiety Pakiet nr 1. Dostawa 3 fabrycznie nowych ambulansów typu C wraz z wyposażeniem - CPV 34.11.41.21-3, Pakiet nr 2. Dostawa 3 fabrycznie nowych noszy i 3 fabrycznie nowych krzesełek kardiologicznych - CPV 33.10.00.00-1 Wykonawcy mogą złożyć swoją ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia (Pakietów). Pakiety nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w danym pakiecie zostaną odrzucone. Przedmiot zamówienia i jego zakres został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ
IV. Termin wykonania zamówienia	Pakiet nr 1 – dostawa 2 ambulansów do dnia 10 lipca 2019r., 1 ambulansu do dnia 31 lipca 2019r. Pakiet nr 2 – dostawa do dnia 10 lipca 2019r.
V. Warunki udziału w postępowaniu	1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 2.1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie 2.2. Zdolność techniczna lub zawodowa O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie 2.3. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie
VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania	1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

	<p>3. Nie przewiduje się wykluczenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.</p> <p>4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.</p> <p>5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.</p>
<p>VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia</p>	<p>1</p> <p><u>1.1 Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:</u></p> <p>1.1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.</p> <p>1.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego. – załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej wnosi się w oryginale. Oświadczenie wraz z ewentualnymi dokumentami, o których mowa w niniejszym punkcie należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem poczty.</p> <p>1.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.</p> <p>1.3.1. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:</p> <p><u>a) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:</u></p> <p>- Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów ani oświadczeń.</p> <p><u>b) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:</u></p> <p>- Dla pakietu nr 1:</p> <p>a) dokumenty dopuszczające wyroby medyczne do obrotu na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 211).</p> <p>b) aktualne materiały informacyjne producenta w postaci katalogów, folderów itp., potwierdzających wymagane parametry</p> <p>c) świadectwa homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), podsumowanie badań oraz certyfikat zgodności zgodnie z PN EN 1789:A1/2011</p> <p>d) certyfikat zgodności z aktualną wersją normy PN EN 1789 w zakresie oferowanego ambulansu typu C wystawiony przez jednostkę notyfikującą dla oferowanej marki i modelu ambulansu.</p> <p>- Dla pakietu nr 2:</p> <p>Na oferowany system transportowy (nosze i transporter) oraz krzeselka kardiologiczne, deklaracja zgodności oraz aktualne materiały informacyjne producenta w postaci katalogów, folderów itp., potwierdzających wymagane parametry</p> <p><u>c) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć:</u></p> <p>- Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów ani oświadczeń.</p> <p>1.3.2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub</p>

	<p>dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.</p> <p>1.3.3 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).</p> <p>W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do pisemnego wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.</p> <p>1.3.4. Inne dokumenty składane obligatoryjnie przez Wykonawcę wraz z ofertą:</p> <p>a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowo - cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ</p> <p>b) Podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ</p> <p>1.4. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.</p> <p>Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich.</p> <p>Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.</p> <p>1.5. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczony kopii.</p> <p>1.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.</p>
<p>VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeśli Zamawiający w sytuacjach określonych w art. 10c – 10e pzp, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami</p>	<p>1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), tj.:</p> <p>a) pisemnie, na adres Zamawiającego: SZPITAŁE TCZEWSKIE S.A., ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew.</p> <p>b) faksem na numer: 58-531-38-30.</p> <p>c) drogą elektroniczną na adres: dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl (preferowane)</p> <p>Zamawiający może zastrzec jeden z powyższych sposobów porozumiewania się w toku prowadzonego postępowania, który zdaniem Zamawiającego będzie wystarczający do sprawnego przeprowadzenia danej procedury lub jej części.</p> <p><u>Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca</u></p> <p>2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.</p> <p>Pismo, które należy złożyć w oryginale, może być każdorazowo poprzedzone faksem (58) 531-38-30 lub zostać wysłane drogą elektroniczną (preferowana droga elektroniczna), a jego oryginał niezwłocznie przekazany w formie pisemnej.</p> <p>Korespondencja przesłana do Zamawiającego za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, po godzinie 14.30 zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną w dniu jej zarejestrowania.</p> <p>3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Stosowne pismo można przesłać jedynie faksem lub drogą elektroniczną (preferowane – wersja edytowalna).</p> <p>Zamawiający udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi zostaną umieszczone jedynie na stronie www Zamawiającego (zgodnie z punktem 4 poniżej).</p>

	<p>4. Zamawiający wszelkie informacje, m.in. treść zapytań i odpowiedzi, zmiany SIWZ, informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert, do których umieszczenia na stronie internetowej jest zobowiązany, publikuje na stronie www.szpitaletczewskiesa.pl, w zakładce „przetargi” <u>Umieszczone przez Zamawiającego informacje stają się automatycznie integralną częścią SIWZ. Wszelkie informacje i wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy, jeśli zostały przekazane przed terminem przewidzianym do złożenia ofert. Wykonawca jest zobligowany do bieżącego zapoznania się z informacjami, o których mowa, umieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego.</u></p> <p>5. Jeśli Zamawiający przekazuje Wykonawcy jakiegokolwiek informacje, w tym te, o których mowa w pkt. 4, powyżej (nie dotyczy informacji do których przekazania Zamawiający jest zobowiązany przed terminem otwarcia ofert), drogą faksową lub elektroniczną (mail), przyjmuje się, że Wykonawca zapoznał się z treścią korespondencji w chwili wysłania jej przez Zamawiającego – Zamawiający co do zasady nie będzie żądał potwierdzenia otrzymania wiadomości. W tym celu Wykonawcy, w formularzu ofertowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, mają obowiązek podać aktualne, działające numery faksów lub aktualny adres e-mail.</p> <p>6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.</p> <p>7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Robert Dombrowski – Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych i Jakości dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl</p>
IX. Wymagania dotyczące wadium	ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM
X. Termin związania ofertą	<p>1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert</p> <p>2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.</p> <p>3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.</p>
XI. Opis sposobu przygotowania ofert	<p>1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jeden lub oba pakiety.</p> <p>2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną jej część, należy sporządzić zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na formularzu ofertowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ i podpisać. Za podpisanie uznaje się przynajmniej własnoręczny podpis osoby upoważnionej. W przypadku, gdy upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy osoby, która podpisała ofertę, nie wynika z właściwego wypisu z rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, oferta powinna zawierać również dokument potwierdzający to upoważnienie, np. odpowiednie pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo może mieć następujące formy: oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.</p> <p>3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Oferta musi być napisana w sposób czytelny i zrozumiały, komputerowo lub nieścieralnym atramentem.</p> <p>4. Kopie dokumentów muszą zostać przez Wykonawcę poświadczone za zgodność z oryginałem, zgodnie z zasadami opisanymi w cz. VII, pkt 1.4. niniejszej SIWZ</p> <p>5. Załączniki do SIWZ, które wymagane są jako wypełnione wzory dokumentów należy sporządzić wg załączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzorów z podaniem co najmniej wszystkich wymienionych w nich danych.</p> <p>6. Wszystkie strony oferty zawierające treść powinny zostać podpisane / zparafowane przez Wykonawcę lub osobę/y przez niego upoważnioną/e do składania oferty w niniejszym postępowaniu, zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem, iż ofertę sporządzaną na formularzu ofertowo – cenowym należy bezwzględnie podpisać, nie zaś parafować. Wykonawca we własnym interesie powinien ponumerować strony oferty, aby dokonać jej prawidłowego zabezpieczenia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieponumerowania lub nieprawidłowego ponumerowania stron oferty przez Wykonawcę.</p> <p>7. Wszystkie miejsca w dokumentach oferty, w których Wykonawca po napisaniu naniósł zmiany, muszą zostać podpisane przez osobę, o której mowa powyżej, w pkt. 6</p> <p>8. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielone w formie odrębnego załącznika. Należy również określić strony oferty, na których znajdują się zastrzeżone informacje w sposób nie budzący wątpliwości. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego oznaczenia stron oferty zawierających zastrzeżone informacje i nie wydzielenia ich w formie odrębnego załącznika. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art.86 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.</p> <p>9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.</p> <p>10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.</p>

	<p>11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę, za wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej SIWZ, w tym zakresie.</p> <p>12. UWAGA: Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym przypadku, gdy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, chodzi o <i>osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy</i>.</p> <p>13. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:</p> <p style="text-align: center;">SZPITALA TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW oraz opisane:</p> <p style="text-align: center;">„Przetarg nieograniczony 06/PN/2019</p> <p style="text-align: center;"><u>Dostawa ambulansów typu C i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.</u></p> <p style="text-align: center;">Nie otwierać przed dniem 29-05-2019 r. do godziny 11:15”</p> <p style="text-align: center;"><u>UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej w powyższy sposób</u></p> <p>14. Opakowanie poza oznakowaniem jak wyżej, musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby w przypadku złożenia oferty po terminie przewidzianym do składania ofert zwrócić taką ofertę Wykonawcy - bez otwierania</p> <p>15. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.</p> <p>16. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”.</p> <p>17. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Powiadomienie to należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.</p> <p>18. UWAGA: ilekroć w SIWZ pojawi się nazwa własna danego produktu / producenta, oznacza to, że Zamawiający dopisuje pojęcie „lub równoważne”.</p> <p>a) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.</p> <p>b) Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.</p> <p>c) W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.</p> <p>d) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.</p> <p>e) Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego.</p> <p>f) Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobligowany w sposób nie budzący wątpliwości dołączyć do oferty pisemne informacje o tym fakcie i zakresie równoważności.</p> <p>19. Ilekroć na którymkolwiek etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w jakimkolwiek dokumencie pojawi się nazwa „SIWZ” lub jej rozszerzenie tj.: „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” należy przyjąć, że chodzi także o wszystkie załączniki wskazane w SIWZ, niezbędne do sporządzenia oferty przez Wykonawcę.</p> <p>20. Zamawiający na prośbę Wykonawcy, w celu usprawnienia procesu składania ofert, może przesłać edytowalną wersję załączników do SIWZ.</p>
<p>XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert</p>	<p>1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj: SZPITALA TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, UL. 30-go STYCZNIA 57/58. 83-110 TCZEW w SEKRETARIACIE – pok. Nr 3 - I piętro, budynek G,</p>

	<p>w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00 - do dnia 29-05-2019r. do godz. 11.00</p> <p>2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29-05-2019r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego j.w. w pok. nr 17 - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, I piętro, budynek G.</p>
XIII. Opis sposobu obliczania ceny	<p>1. Cena oferty musi zostać określona z uwzględnieniem wszystkich kosztów, które poniesie Wykonawca w związku z należytą oraz zgodną z obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, dla zaoferowanych pakietów.</p> <p>2. Wartość oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) brutto i netto, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie zaokrąglenia należy wykonywać do dwóch miejsc po przecinku.</p> <p>3. Cena określona w ofercie musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia, zawierająca min. koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ceny przedmiotu zamówienia; - ubezpieczenia i transportu do miejsca dostawy, - opłat pośrednich; - należności celnych (cło, podatek graniczny); - podatku VAT i akcyzy; <p>W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ.</p> <p>4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.</p> <p>5. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w cz. XVII. SIWZ</p>
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeśli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego	<p style="text-align: center;">Kryterium: Cena oferty (brutto) Waga (%) - 100 %</p> <p>przy czym każdej ofercie (nie odrzuconej) przyznana będzie liczba punktów obliczona według następującego wzoru:</p> $P_{of} = \frac{C_{min}}{C_{of}} \times 100$ <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> P_{of} - liczba punktów przyznanych ofercie, C_{min} - najniższa z oferowanych cen, C_{of} - cena rozpatrywanej oferty. <p>1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, - odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszej SIWZ, - uzyska najwyższą wartość oceny punktowej. <p>2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do kryterium najniższej ceny, a oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 100.</p> <p>3. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.</p> <p>4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz wezwać do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń.</p> <p>5. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp.</p>
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	<p>1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.</p> <p>2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp i udostępni na stronie internetowej www.szpitaletczewskiesa.pl, w zakładce „przetargi” informacje, o których mowa w art. 92 ust 2 ustawy Pzp oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – tablica ogłoszeń.</p> <p>3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, uprzednio informując Wykonawcę, z którym zamierza zawrzeć umowę – telefonicznie lub za pomocą faksu, lub poczty elektronicznej, lub pisemnie o czasie i miejscu podpisania umowy.</p> <p>4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.</p>
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania	Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

umowy	
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach	<p>1. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, terminy, kary umowne oraz inne istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą, są określone w projekcie umowy - zał. nr 4A i 4B do SIWZ.</p> <p>2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce tylko w przypadkach określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) lub w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń: Projekt umowy stanowiący załącznik nr 4A do SIWZ: a) ustawowej zmiany podatku VAT, b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. c) zmiany elementów wyposażenia karetki w szczególności w związku z zaprzestaniem produkcji lub dystrybucji pod warunkiem zaferowania Zamawiającemu urzędzenia o parametrach równorzędnych lub wyższych niż parametry przedmiotu oferty. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, Projekt umowy stanowiący załącznik nr 4B do SIWZ: a) ustawowej zmiany podatku VAT, b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.</p> <p>3. Jako sposób zmian i uzupełnień dozwolonych w treści niniejszych umów ustala się formę pisemnego oświadczenia, które każdorazowo powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia</p>
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia	Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych
XIX. Przystąpienie do przetargu podmiotów występujących wspólnie	<p>1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Ustawy)</p> <p>2. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne Pełnomocnictwo / Upoważnienie należy załączyć do oferty.</p> <p>3. Zamawiający wszelką korespondencję (oświadczenia, dokumenty itp.) będzie kierował do wyznaczonego zgodnie z zasadami, w pkt. 2, powyżej, pełnomocnika/ lidera.</p> <p>4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa powyżej zostanie wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowę konsorcjum lub umowę spółki cywilnej).</p> <p>5. Wykonawcy, o których mowa powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli takowe było wymagane).</p> <p>6. Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się przepisy dotyczące Wykonawcy.</p> <p>7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony dokument "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu", o którym mowa w cz. VII, pkt. 1.1.1. SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą.</p> <p>8. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.</p> <p>9. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa dokument o którym mowa w cz. VII, pkt. 1.2 SIWZ, na zasadach opisanych w tym punkcie.</p>
XX. Zaliczki	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
XXI. Rozliczenia w walutach obcych	NIE PRZEWIDUJE SIĘ. Wszelkie rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej (PLN)
XXII. Aukcja elektroniczna	NIE PRZEWIDUJE SIĘ
XXIII. Zwrot kosztu udziału w postępowaniu	NIE PRZEWIDUJE SIĘ, za wyjątkiem przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
XXIV. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a pzp	ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA WYMAGAŃ W TYM ZAKRESIE
XXV. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp	ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA WYMAGAŃ W TYM ZAKRESIE
XXVI. Oferty częściowe	TAK – 2 CZĘŚCI ZWANE „PAKIETAMI” OFERTĘ MOŻNA SKŁADAĆ W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
XXVII. Umowa ramowa	NIE PRZEWIDUJE SIĘ
XXVIII. Oferty wariantowe. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeśli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie	NIE PRZEWIDUJE SIĘ
XXIX. Zamówienia uzupełniające. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt	NIE PRZEWIDUJE SIĘ

3, jeśli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień	
XXX. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom	<p>1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.</p> <p>2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę min. firm Podwykonawców – zgodnie z wymogami w załączniku nr 1 do SIWZ.</p> <p>3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także wraz z ofertą wypełniony dokument "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu", o którym mowa w cz. VII, pkt. 1.1.1.SIWZ, dla każdego z tych Podwykonawców.</p>
XXXI. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a, ust. 2 pzp)	ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA TAKIEGO OBOWIĄZKU
XXXII. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91, ust. 2a	NIE DOTYCZY. Zamawiający jest podmiotem, o którym mowa w Art. 3, ust. 1, pkt. 3 Pzp
XXXIII. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty w sytuacji określonej w art. 10a, ust. 2 pzp	NIE PRZEWIDUJE SIĘ
XXXIV. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części	ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA TAKIEGO WARUNKU
XXXV. W przypadku zamówień na roboty budowlane – wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego, odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeśli Zamawiający określa takie wymagania oraz informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeśli Zamawiający określa takie informacje	NIE DOTYCZY
XXXVI. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość zgodnie z art. 143a, ust. 3	NIE DOTYCZY
XXXVI. Załączniki do SIWZ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo - cenowy (wzór) 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) 3. Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 4. Załącznik nr 4A – Projekt umowy (dot. ambulansów) 5. Załącznik nr 4B – Projekt umowy (dot. sprzętu) 6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej (wzór)

Zatwierdził SIWZ – Kierownik Zamawiającego:

<i>(pieczęć Wykonawcy)</i>	FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
----------------------------	--

Dla

SZPITALA TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 06/PN/2019 na:

Dostawę ambulansów typu C i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

(pełna nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy)

(W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

składając niniejszą ofertę, oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, projektem umowy i wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami spełnienia świadczenia (realizacji niniejszego zamówienia publicznego). Do dokumentów i warunków nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez Zamawiającego,
- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

1. OFERUJEMY wykonanie ww. przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego,

za cenę łącznie:

a) BRUTTO: _____ PLN

(słownie: _____)

b) wartość NETTO: _____ PLN

(słownie: _____)

zgodnie ze opisem i wymogami zawartymi, w załączniku nr 3 do SIWZ, zgodnie z poniższymi tabelami cenowymi, i potwierdzamy, że załącznik 3 do SIWZ, o którym mowa stanowi integralną część oferty razem z niniejszym załącznikiem nr 1 do SIWZ – Formularzem Ofertowo - Cenowym i jest podstawą do skalkulowania ceny oferty

Tabela cenowa (dot. Pakietu nr 1)*

L.p.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (PLN)	Wartość brutto (PLN) /Cena/
1	<i>Ambulans typu C, wraz z wyposażeniem</i> - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 1, w załączniku nr 3 do SIWZ	Szt.	3					
OGÓLNA WARTOŚĆ:						XXX		

* wypełnić tabelę jeśli dotyczy

Tabela cenowa (dot. Pakietu nr 2)*

L.p.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (PLN)	Wartość brutto (PLN) /Cena/
2	<i>Nosze główne wraz z transporterem</i> - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 2, w załączniku nr 3 do SIWZ	Szt.	3					
3	<i>Krzesełko kardiologiczne</i> - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 2, w załączniku nr 3 do SIWZ	Szt.	3					
OGÓLNA WARTOŚĆ:						XXX		

* wypełnić tabelę jeśli dotyczy

UWAGA: Zamawiający dopuszcza, aby zawrzeć w niniejszym Formularzu Ofertowo - Cenowym jedynie tą tabelę, która dotyczy Pakietu, na który Wykonawca składa swoją ofertę w przypadku gdy oferta dotyczy jednego z pakietów.

2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (projekt umowy).

4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert. Oświadczamy, że jeśli do upływu terminu związania ofertą nastąpią jakakolwiek zmiany sytuacji

w zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę w przedstawionych przez nas dokumentach wchodzących w skład oferty, natychmiast powiadomimy o nich Zamawiającego na piśmie.

5. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY* sami/z udziałem następujących wykonawców:

Nazwa (Firma) Podwykonawcy**	Adres Podwykonawcy**	Zakres prac Podwykonawcy**

*niepotrzebne skreślić.

** tabelę należy uzupełnić w każdej kolumnie, zgodnie z ich nazwami jeśli zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców. Nie wypełnienie tabeli jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, iż zrealizuje zamówienie samodzielnie, bez udziału jakiegokolwiek podwykonawcy.

6. OŚWIADCZAMY, iż niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z wyjątkiem stron nr* _____

*podać nr stron, z których informacje oferty są uprawnione do utajnienia. UWAGA: Nie wypełnienie pustego pola jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, iż oferta i wszystkie do niej załączniki są jawne.

7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy (projekt umowy), określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a także do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy, jeśli zabezpieczenie takie było wymagane przez Zamawiającego.

8. INFORMUJEMY na podstawie przepisu art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm), że:

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat, pod rygiorem uznania braku oświadczenia (informacji))

Wybór mojej/naszej oferty **NIE BEDZIE** prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

Wybór mojej/naszej oferty **BEDZIE** prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w związku z tym podajemy nazwę/y (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT, w tabeli poniżej:

Nazwa (rodzaj) towaru / usługi	Wartość towaru / usługi bez kwoty podatku VAT

Uwaga: W przypadku braku miejsca w tabeli, Wykonawca dołącza pozostałą część wykazu sporządzonego samodzielnie według zakresu danych z tabeli powyżej.

9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _____

_____ Faks:/e-mail: _____

UWAGA: Nie wypełnienie pustego pola jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, iż adres do korespondencji jest tożsamy, z adresem siedziby Wykonawcy. W przypadku braku informacji odnośnie numeru faksu lub adresu e-mail Zamawiający uzna za obowiązujący numer / adres dostępny na jakimkolwiek dokumencie złożonym wraz z ofertą lub dostępny w wyszukiwarce internetowej.

10. OFERTĘ niniejszą składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach.
W wyłącznym interesie Wykonawcy jest wpisanie ilości kolejno ponumerowanych stron oferty, powyżej.

11. JESTEŚMY (odpowiednie zaznaczyć):

małym/średnim przedsiębiorstwem

dużym przedsiębiorstwem

12. POD GROŻBĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.).

13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: załączniki nr _____ do SIWZ.

W wyłącznym interesie Wykonawcy jest wpisanie numerów składanych wraz z ofertą załączników, powyżej.

_____ dnia __.__.____ r.

(*podpis Wykonawcy/Wykonawców*)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

(wypełnić i podpisać jeśli dotyczy)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/yh zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

1.
(w przypadku większej liczby podmiotów, można sporządzić załącznik zawierający wymagane dane w zakresie j.w.)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia r.
(miejscowość) (podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

(wypełnić i podpisać jeśli dotyczy)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będące podwykonawcami, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

1.
(w przypadku większej liczby podmiotów, można sporządzić załącznik zawierający wymagane dane w zakresie j.w.)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia r.
(miejscowość) (podpis Wykonawcy)

B. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (jeśli dotyczy)

Oświadczam że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

....., dnia r.
(miejscowość) (podpis Wykonawcy)

C. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

....., dnia r.
(miejscowość) (podpis Wykonawcy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 06/PN/2019

Dostawa ambulansów typu C i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części, zwane Pakietami.

Pakiet nr 1.

**Dostawa 3 fabrycznie nowych ambulansów typu C, wraz z wyposażeniem
- CPV 34.11.41.21-3**

Wykonawca zaoferuje ambulanse, będące przedmiotem zamówienia w zakresie niniejszego pakietu, o parametrach i zgodne z wymogami wskazanymi poniżej:

Lp.	<p style="text-align: center;">AMBULANS typu C</p> <p style="text-align: center;">Ilość: 3 szt.</p> <p>Model / marka:</p> <p>Pojemność silnika: cm³</p> <p>Moc silnika: KM</p> <p>Ilość biegów:</p> <p>Rok produkcji:</p> <p style="text-align: center; color: red;">Proszę wypełnić powyższe pola</p> <p style="text-align: center;">Wymagane parametry:</p>
I.	NADWOZIE
1.	Typ "furgon" o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z wyposażeniem częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa. Zabezpieczenie antykorozyjne. Minimalne wymiary przedziału medycznego (długość x szerokość x wysokość) 3000 x 1700 x 1850mm. Wymiary muszą spełniać normę dla ambulansu typu C
2.	Nadwozie samonośne, przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej

	+ 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. Zabezpieczone antykorozyjnie.
3.	Kabina kierowcy zapewniająca miejsce pracy kierowcy z aktualną wersją normy PN EN 1789, wyposażona w dwa pojedyncze fotele z zagłówkami i z czego fotel kierowcy z podłokietnikami z możliwością regulacji w min. 3 płaszczyznach w tym z regulacją lędźwiową, wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.
4.	Kabina kierowcy wyposażona w min. czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.
5.	Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze
6.	Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane na boki do kąta min. 260°, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. Stopień tylny wejściowy antypoślizgowy, spełniający rolę zderzaka.
7.	Drzwi boczne prawe przedziału medycznego – przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, z mechanicznym systemem wspomaganie ich domykania oparty na wzmocnionych wyprofilowanych prowadnicach oraz rolkach prowadzących. Wyjście z przedziału medycznego ze stopniem stałym wewnętrznym.
8.	Szyby okien zewnętrznych przedziału medycznego zmatowione do wysokości 2/3 wysokości lub oklejone folią matową.
9.	Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. Minimum 2 piloty zdalnego sterowania centralnym zamkiem.
10.	Kabina kierowcy wyposażona w adapter do stacji dokującej tablet SWD, miejsce do mocowania drukarki zgodnej z systemem SWD- wraz z instalacjami, zainstalowane anteny GPS,GPRS. Mocowanie, uchwyt w kabinie kierowcy na terminal mobilny – tablet model XPLORE iX104C6. Uchwyt do stacji montowany na wysięgniku, regulowany, do siedzenia pasażera.
11.	<p>Dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą, za którymi znajduje się schowek (oddzielony od przedziału medycznego) wraz z uchwytami (mocowaniami) na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 szt. butli tlenowych, 2. krzeselka kardiologicznego, 3. noszy podbierakowych, 4. materaca próżniowego, 5. deski ortopedycznej dla dorosłych 6. deski ortopedycznej dla dzieci 7. szyn Kramera 8. kamizelki typu KED 9. min. 3 szt. kasków

	<p>Konstrukcja schowka ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwację manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony od wewnątrz ambulansu i z zewnątrz.</p> <p><u>Uwaga: wyposażenie wymienione w punktach a -i nie stanowi przedmiotu zamówienia, w Pakiecie nr 1 , w niniejszym postępowaniu.</u></p>
12.	Wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane.
13.	Reflektory przeciwmgielne przednie. Reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów oraz osobne światła przeciwmgielne zgodnie z homologacją pojazdu kompletnego.
14.	Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy.
15.	Czujniki parkowania tylne
16.	Pełnowymiarowe koło zapasowe.
17.	Radio samochodowe- wersja podstawowa
18.	Kolor nadwozia biały zgodnie z aktualną wersją normy z PN EN 1789.
19.	<p>Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący z następującymi funkcjami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sterowanie reflektorami zewnętrznymi, • Informacja o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230V, • poziom naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, • sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji, • niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, • sterowanie oświetleniem wewnętrznym oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze oraz oświetlenie uprzywilejowane), • niezależne sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V.
20.	Dodatkowa lampka w kabinie kierowcy, na giętkim statywie-wsporniku, od strony pasażera, umiejscowiona przy prawym słupku szyby przedniej-do oświetlania miejscowego (do wypełniania dokumentów bez włączania górnego światła kabiny kierowcy).
II.	SILNIK I NAPĘD
1.	Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail z turbodoładowaniem, norma emisji spalin min. Euro VI lub Euro 6.

2.	Silnik o pojemności minimum 1968 cm ³
3.	Moc silnika minimum 160 KM
4.	Moment obrotowy nie mniejszy niż 360Nm
5.	Urządzenie do podgrzewania silnika ułatwiające uruchamianie silnika w trudnych warunkach zimowych (grzałka bloku lub w układzie chłodzenia silnika zasilana z sieci 230V.
6.	Skrzynia biegów manualna synchronizowana - 6 biegów i bieg wsteczny
7.	Napęd na oś przednią lub tylną.
8.	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy typu ESP.
9.	System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR.
III.	UKŁAD HAMULCOWY
1.	Z systemem wspomagania nagłego hamowania.
2.	Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS.
3.	Z systemem rozdziału siły hamowania
4.	Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył)
IV.	ZAWIESZENIE
1.	Fabryczny stabilizator osi przedniej, fabryczny stabilizator osi tylnej lub fabryczne zawieszenie pneumatyczne.
V.	UKŁAD KIEROWNICZY
1.	Ze wspomaganiem.
2.	Z regulowaną kolumną kierownicy w dwóch zakresach.
VI.	OGRZEWANIE I WENTYLACJA I KLIMATYZACJA -układ ogrzewania zgodny z aktualną wersją normy PN EN 1789 ppkt. 4.5.5 oraz charakteryzujący się parametrami minimalnymi

1.	Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik – dodatkowa nagrzewnica wodna z zaworem odcinającym.
2.	Wentylacja nawiewno – wywiewna, mechaniczna o cyrkulacji min 20x/godz.
3.	Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego.
4.	Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 2 kW.
5.	Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury termostatem, o mocy min. 5,0kW, umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z aktualną wersją normy PN EN 1789 pkt. 4.5.5.1. (podać markę i model).
VII.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA instalacja elektryczna powinna być sporządzona w sposób zapewniający jej bezpieczne działanie zgodne z PN EN 1789 ppkt. 4.3.2 do 4.3.4 i charakteryzować się parametrami minimalnymi
1.	Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. W kabinie kierowcy wskaźnik naładowania każdego akumulatora.
2.	Zasilanie zewnętrzne 230 V z min. 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym + przewód zasilający min 10 m.
3.	Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju – podać markę i typ.
4.	Min. 4 gniazda 12V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. zabezpieczone przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, oraz 1 gniazdo zasilania 12V fabryczne tzw. zapalniczki.
5.	Atestowana przetwornica prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000W (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230Vw czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia (wyłączenie przetwornicy napięcia). Gniazdo w przedziale medycznym do zasilania przetwornicy. Atest na przetwornicę (dostarczyć wraz z dostawą ambulansu).
VIII.	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE
1.	Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego i dodatkowymi halogenowymi światłami roboczymi do

	oświetlenia przedpola ambulansu. W komorze silnika lub pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100W, sygnał dźwiękowy modulowany – zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych. Wysokość belki z zestawem montażowym max. 100-110mm.
2.	Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej. Dodatkowo 2 lampy typu led na wysokości przedniego błotnika po obu str. pojazdu
3.	Belka świetlna umieszczona na tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego i dodatkowymi halogenowymi światłami roboczymi do oświetlenia przedpola za ambulansem i dwoma światłami kierunkowskazów . Wysokość belki z zestawem montażowym max.100-110mm.
4.	Lampy świateł awaryjnych na drzwiach tylnych, włączające się automatycznie po ich otwarciu.
5.	Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, dodatkowo pas czerwony pod niebieskim oraz wokół dachu. Oznakowanie musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. Optymalnie folia pryzmatyczna. Oklejenie samochodu, umożliwiające identyfikację dysponenta – zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
6.	Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu; wysokość min. 15cm.
7.	Standardowe oznaczenie typu karetki na bokach i drzwiach tylnych symbolem zespołu ratownictwa - literą „S” LUB „P” wpisaną w okrąg- do uzgodnienia z zamawiającym. 1 x oznaczenie „S” i 2 x oznaczenie „P” .
8.	Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego na bokach, drzwiach tylnych i dachu. Dodatkowo - nazwa i adres Zamawiającego umieszczona po obu bokach pojazdu (do uzgodnienia). 1 x oznaczenie „S” i 2 x oznaczenie „P”
9.	Reflektory zewnętrzne LED z czterech stron pojazdu (łącznie z reflektorami w belkach sygnalizacyjnych) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania / wyłączenia zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.
10.	Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100W z możliwością podawania komunikatów głosem.
11.	Dodatkowe sygnały pneumatyczne (min. 2 trąby powietrzne) przystosowane do pracy ciągłej z własnym układem smarowania.

IX.	ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA
1.	Kabina kierowcy wyposażona w instalacje umożliwiające zainstalowanie radiotelefonu z doprowadzeniem zasilania i instalacji antenowej.
2.	Zamontowana antena radiotelefonu na dachu spełniająca następujące parametry: <ul style="list-style-type: none"> zakres częstotliwości 168-170 Mhz impedancja 50 Ohm współczynnik fali stojącej 1,6 charakterystyka promieniowa: dookólna polaryzacja pionowa.
3.	Możliwość zamontowania przez firmę zewnętrzną systemu monitorowania pojazdu GPS z transmisją danych bez utraty gwarancji,
X.	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO -oświetlenie zgodne z aktualna wersją normy PN EN 1789 ppkt. 4.5.6 oraz charakteryzujące się parametrami
1.	Oświetlenie rozproszone w kolorze naturalnym, realizowane przez min. 6 punktów świetlnych typu LED. Dodatkowo oświetlenie nocne, włączane podczas transportu, mniej intensywne, nieprzeszkadzające kierowcy
2.	Oświetlenie punktowe z regulacją kąta, halogenowe punkty świetlne nad noszami w suficie, umożliwiające bezpieczną obsługę pacjenta lub typu LED.
3.	Oświetlenie punktowe blatu roboczego lub typu LED.
XI.	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1	Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem niezbędne dokumenty do jego rejestracji.
2	Załączyć świadectwo homologacji na pojazd skompletowany.
3	Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym. Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa.
4	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym.
5	Kosz na śmiecie w przedziale medycznym
XII.	WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (POMIESZCZENIA DLA PACJENTA) - pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789 w tabelach od 9 do 19 dla ambulansu typu C
1.	Ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w drzwi przesuwne umożliwiające poruszanie się pomiędzy pomieszczeniem medycznym a kabiną kierowcy na postoju. Konstrukcja i działanie drzwi – zgodnie z wymogami normy PN EN 1789. (norma aktualna wersja).

	Możliwość kontynuacji jazdy przy otwartych drzwiach między przedziałami)
2.	Posiadające izolację dźwiękowo- termiczną.
3.	Podłoga odpowiednio wzmocniona, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, łatwo zmywalną, połączona szczelnie z pokryciem ścian bocznych, uniemożliwiająca podciekanie cieczy, umożliwiającą mocowanie noszy głównych.
4.	Ściany i sufit mają posiadać pokrycie antystatyczne nietoksyczne, niepalne i łatwo zmywalne.
5.	Dwa fotele: obrotowe w zakresie 90° (wymagany obrót fotela od osi symetrii pojazdu do noszy), kategoria M-1 na prawej ścianie, wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości ich kotwiczenia i zagłówki, po ustawieniu fotela w kierunku noszy-wymagana jest możliwość składania do pionu siedziska, poszycie siedzeń wykonane z łatwo zmywalnego materiału.
6.	Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego, półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem uruchamiającym się po ich otwarciu umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty. Dodatkowo szuflady pod półkami podsufitowymi. Dodatkowo min. jedna z szafek wyposażona w zestaw (6szt.) uchylnych pojemników (na wenflony/strzykawki/igły itd.)
7.	Termobox do ogrzewania płynów infuzyjnych:w przedziale medycznym (sanitarnym) ma znajdować się wyświetlacz informujący o temp. wewnątrz termoboxu). Dodatkowo lodówka, niezbędna do przechowywania Adrenaliny, alternatywnie do przewozu amputantów celem reimplantacji
8.	Zabudowa meblowa na ścianie działowej: zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych o wymiarach: min.70x50x40cm, (możliwość wyjmowania do wnętrza przedziału medycznego z jednoczesnym dostępem z zewnątrz poprzez drzwi boczne) - blat roboczy wykończony blachą nierdzewną. Na ścianie działowej zespół szafek i szuflad z miejscem do zamocowania torby medycznej (bez wydzielania odrębnych przestrzeni na 2 torby/walizki) - (możliwość wyjmowania do wnętrza przedziału medycznego z jednoczesnym dostępem z zewnątrz poprzez drzwi boczne)
9.	Sufitowe uchwyty do kroplówek na min. 3 szt. pojemników.

10.	Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego, uchwyty przy drzwiach tylnych i bocznych ułatwiające wejście do pojazdu.
11.	Szyna typu Modura na ścianie lewej przedziału medycznego do mocowania sprzętu medycznego lub „płyta szybkiego montażu” zapewniająca montaż sprzętu medycznego bez ingerencji w płytę nadwozia pojazdu.
12.	Centralna instalacja tlenowa z min. 2 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, min. 1 przepływomierz obrotowy o przepływie od 0 do 15 litrów/min., wyposażony w nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego. Instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu 150atm. Gniazda typu AGA bez przepływomierzy, Min. 2 (optymalnie 3, jeden w suficie)
13.	Konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwić zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych bez zdejmowania osłony.
14.	Uchwyt ułatwiający wsiadanie do przedziału medycznego, zamontowany przy drzwiach bocznych.
15.	Podstawa pod nosze montowane w sposób zgodny z wymaganiami aktualnej normy PN EN 1789.
16.	Laweta z napędem elektrycznym lub mechanicznym pod nosze główne z przesuwem bocznym (z możliwością odsunięcia noszy od lewej ścianki o 30cm mierząc w największym punkcie), wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga podczas transportu (funkcja sterowana elektrycznie lub mechanicznie). Laweta ma posiadać regulację wysokości lawety po jej wysuwie na zewnątrz ambulansu z możliwością jej zablokowania na dowolnie ustawionym poziomie, ułatwiająca bezpieczne i ergonomiczne wprowadzanie i wyprowadzanie noszy (funkcja regulacji wysokości lawety ma być realizowana przez jedną osobę) – podać markę i model. Dostarczyć wraz z dostawą ambulansu dokument uprawnionej niezależnej jednostki potwierdzający spełnienie wymagań PN EN 1789 pkt. 4.5.9 i 5.3 (np. certyfikat, raport z badań, itp.).
17.	Miejsce i uchwyt do mocowania defibrylatora transportowego będącego w posiadaniu Zamawiającego - Lifepak 15, umożliwiające korzystanie w czasie jazdy.
18.	Miejsce i uchwyt do mocowania respiratora transportowego będącego w posiadaniu Zamawiającego - RESCU PAC 20DM PNEUPAC, umożliwiające korzystanie w czasie jazdy.
19.	Miejsce i uchwyt do mocowania ssaka medycznego będącego w posiadaniu Zamawiającego - OB2012, umożliwiające korzystanie w czasie jazdy.
20.	Pojemnik na zużyte igły, strzykawki – 2szt. Miejsce na pojemniki na ostre przedmioty-optymalne w blacie przy drzwiach bocznych

21.	Uchwyt mocujący trzy pudełka na rękawiczki jednorazowe, zamocowany na ścianie oddzielającej kabinę kierowcy od przedziału medycznego.
22.	Miejsce i uchwyt do mocowania pompy infuzyjnej będącej w posiadaniu Zamawiającego – Medima s1, umożliwiające korzystanie w czasie jazdy.
23.	<p>Przedział medyczny ma być wyposażony w panel sterujący (dotykowy lub z przełącznikami mechanicznymi) wyposażonym w następujące funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sterowanie oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym, • niezależne sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, • sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji, • sterowanie ogrzewaczem płynów infuzyjnych oraz informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu, • sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatora dodatkowego, • informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu, • z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data), • sterowanie instalacją próżniową, jeżeli centralna instalacja próżniowa nie posiada własnego systemu sterowania.
24.	Sprzęt w pomieszczeniu dla pacjenta, ma być zamontowany w sposób bezpieczny i uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób poruszających się w pojeździe.
25.	Centralna instalacja próżniowa z regulatorem ssania z 1pkt. ssącym wyposażona w słój na wydzielinę o poj. min. 1 litra. Słój zakończony łącznikiem do cewników (deklaracja zgodności na elementy instalacji próżniowej: punkt poboru, regulator podciśnienia – dostarczyć wraz z dostawą ambulansu).
XVII.	POZOSTAŁE WYMAGANIA
1.	Gwarancja na samochód bazowy 24 miesiące (bez limitu kilometrów).
2.	Gwarancja na perforację nadwozia min 60 miesięcy.
3.	Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu min.36 miesięcy.
4.	Gwarancja na zabudowę medyczną i sprzęt medyczny min.24 miesiące. Serwis zabudowy (przedziału) sanitarnej (łącznie z wymaganymi przeglądami okresowymi zabudowy)realizowany będzie w siedzibie Zamawiającego – bezpłatnie przez okres 36 miesięcy. Reakcja serwisu zabudowy sanitarnej na zgłoszoną awarię wynosi 24 godziny (zgłoszenie w dni robocze). Rozpoczęcie naprawy w ciągu 48 godzin licząc od chwili zgłoszenia.
5.	Przy odbiorze ambulansu dostawca przekaże odbierającemu: dokumenty do rejestracji (w tym wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu skompletowanego), instrukcje obsługi pojazdu i sprzętu medycznego w języku polskim, wykaz autoryzowanych stacji serwisowych na terenie Polski, książkę gwarancyjną z wyszczególnieniem poszczególnych okresów gwarancyjnych i

	paszporty do sprzętu medycznego.
6.	Ambulans (spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ) ma posiadać protokół/raport z przeprowadzonych badań potwierdzający wykonanie testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z aktualnymi wymogami PN EN 1789) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą – dotyczący oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonych na oferowanej marce i modelu ambulansu. Wraz z dostawą ambulansu dostarczyć protokół/raport z badań,
7.	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, rok produkcji pojazdu 2018 - 2019
8.	Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być zatankowany do pełna.
9.	Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy.
10.	Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt., komplet kluczy, podnośnik samochodowy, klucz do kół, szperacz bezprzewodowy-akumulatorowy 12V, szperacz z przewodem min. 5m, zasilany z gniazda elektrycznego 12V z ambulansu.
11.	Schemat ideowy instalacji elektrycznej przedziału medycznego. Schemat ideowy urządzeń zabudowy (ssak, nagłośnienie).
12.	Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby każdy z zamówionego sprzętu medycznego posiadały paszport techniczny z przeprowadzonym przeglądem dopuszczającym dane urządzenie do użytkowania, z wpisem do paszportu o treści: sprawdzono, sprzęt sprawny dopuszczony do eksploatacji, wpis daty wykonania przeglądu.
13.	Zamawiający zabrania umieszczania na nadwoziu ambulansu reklam i naklejek Wykonawcy bez zgody Zamawiającego.
14.	Dostawa ambulansu – siedziba Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy samochodu na własnych kołach (nie wymagany jest transport na lawecie).

UWAGA: Wykonawca w ramach oferty będzie zobligowany do montażu powierzonego przez Zamawiającego sprzętu medycznego, w tym, w szczególności noszy głównych wraz z transporterami i krzesłek kardiologicznych, w terminie określonym przez Zamawiającego.

Pozostałe zasady i warunki realizacji zamówienia, a także pozostałe wymagania Zamawiającego, zostały określone w niniejszej SIWZ, w szczególności, w projekcie umowy, stanowiącym do niej załącznik nr 4 B.

_____ dnia _____.____.____ r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Pakiet nr 2.
Dostawa 3 fabrycznie nowych noszy i 3 fabrycznie nowych krzesełek kardiologicznych -
CPV 33.10.00.00-1

Wykonawca zaoferuje sprzęt medyczny, będący przedmiotem zamówienia w zakresie niniejszego pakietu, o parametrach i zgodny z wymogami wskazanymi poniżej:

<u>Nosze główne rozłączne</u>	
Lp.	<p>Ilość: 3 sztuki</p> <p>*Typ / Nr fabryczny: (proszę uzupełnić)</p> <p>Model/Marka: (proszę uzupełnić)</p> <p><i>*jeśli dotyczy</i></p>
1	Nosze fabrycznie nowe – 2019 rok produkcji
2	Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją
3	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
4	Przystosowane do prowadzenia reanimacji
5	Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75°
6	Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia oraz ułożenia głowy na wznak do pozycji węższej
7	Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście
8	Z zestawem pasów bezwładnościowych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy
9	Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące
10	Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi
11	Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy
12	Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy
13	Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze
14	Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia)
15	Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne
16	Waga noszy max 23 kg
17	Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy
18	Nosze przystosowane do mycia ciśnieniowego (potwierdzenie parametru w instrukcji obsługi)
19	Obciążenie dopuszczalne min 225 kg

Transporter do zaoferowanych noszy głównych – 3 szt.	
1	Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie

	noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę
2	Szybki i łatwy system połączenia z noszami
3	Regulacja wysokości w min 6 poziomach
4	Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na min trzech poziomach pochylenia
5	Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy
6	Wyposażony w min 4 główne jezdne kółka obrotowe w zakresie 360 stopni o średnicy min. 150 mm
7	Wszystkie kółka jezdne obrotowe w zakresie 360 stopni o średnicy min 150 mm i szerokości 50 mm na pełnej feldze
8	Min 2 kółka wyposażone w hamulce
9	Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera
10	4 główne uchwyty transportera
11	Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni
12	Rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia)
13	Przyciski blokady goleni kodowane kolorami
14	Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera
15	Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją
16	Obciążenie dopuszczalne transportera min 225 kg
17	Transporter przystosowany do mycia ciśnieniowego (potwierdzenie parametru w instrukcji obsługi)
18	Waga transportera max 28 kg. Zamawiający dopuszcza wyższą wagę transportera do max 36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC - dostarczyć przy dostawie
19	Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789.
20	Instrukcja obsługi – załączyć przy dostawie.

Krzesełko kardiologiczne

p.	Ilość: 3 sztuki *Typ / Nr fabryczny: (proszę uzupełnić) Model/Marka: (proszę uzupełnić) *jeśli dotyczy
1	Krzesełka fabrycznie nowe. Rok produkcji -2019
2	Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją
3	Wyposażone w system płozowy do transportu pacjenta po schodach
4	Wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie na stałe z twardego materiału typu ABS o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i umożliwiające dezynfekcję
5	Możliwość złożenia do transportu w ambulansie
6	Wysuwane uchwyty przednie blokowane w min 3 pozycjach
7	Wyposażone 4 koła o szerokości min. 30mm w tym 2 obrotowe w zakresie 360°
8	Średnica tylnych kół min 120 mm
9	Średnica przednich kół min 100 mm
10	Min 2 hamulce na tylnych kołach
11	Uchylnie ręczki tylne, blokowane
12	Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w min 2 pozycjach
13	Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzeselka $\geq 30^\circ$ - potwierdzenie oferowane parametru w instrukcji obsługi
14	Rozstaw zewnętrzny płóz ≥ 37 cm
15	Stabilizator głowy pacjenta
16	Podnózek na stopy pacjenta
17	Min 3 pasy poprzeczne
18	Waga krzeselka z zainstalowanym system płozowym max 15 kg
19	Maksymalne wymiary po złożeniu: 96 cm x 52 cm x max 20 cm
20	Udźwig min 220 kg
21	Dopuszczone do mycia ciśnieniowego (potwierdzenie w instrukcji obsługi)
22	Instrukcja obsługi załączyć przy dostawie.

Pozostałe zasady i warunki realizacji zamówienia, a także pozostałe wymagania Zamawiającego, zostały określone w niniejszej SIWZ, w szczególności, w projekcie umowy, stanowiącym do niej załącznik nr 4 B.

_____ dnia __.__.____ r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO SIWZ

UMOWA Nr 01/06/PN/2019 (projekt)

Zawarta w dniu-2019 roku w Tczewie pomiędzy :

Szpital Tczewski Spółka Akcyjna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000386185, NIP 593-25-26-795, REGON 220620689, Kap. Zakładowy – 25.122.350,00 zł. wpłacony w całości, z siedzibą: UL. 30-GO STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW, zwana w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:

1) Pana Macieja Bielińskiego – Prezesa Zarządu

a

_____ wpisana do _____,

_____, NIP: _____, REGON: _____

z siedzibą: _____

Zwanym/zwana w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez :

1) _____,

na podstawie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 06/PN/2019 art. 39-46 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., z późn. zm. i aktami wykonawczymi do ustawy, zwanej dalej „PZP”, (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1986 z późn. zm), złożonej zgodnie z ogłoszeniem z dnia-.....-2019r.

§1.

1. Na warunkach określonych niniejszą umową, Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje fabrycznie nowe **karetki specjalistyczne typu C – 3 sztuki wraz z wyposażeniem**, model, rok produkcji, zwane dalej przedmiotem umowy, zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu 06/PN/2019. Parametry techniczne przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1 do umowy, stanowiący integralną część niniejszej umowy.
2. Karetki specjalistyczne wraz z wyposażeniem medycznym spełniają warunki określone w:
 - a) Polskich Normach PN-EN 1789+A1:2011,
 - b) normie PN-EN 1865
 - c) wymogów Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oferowane karetki specjalistyczne wraz z instrukcją obsługi użytkownika, konserwacji oraz skróconą instrukcją obsługi sporządzonymi w języku polskim.
4. Oferowane karetki specjalistyczne posiadają świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. 2015, poz. 1475).

5. Wyposażenie medyczne objęte umową posiada: ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, deklaracje zgodności CE, atesty zgodności z określone w Polskich Normach PN-EN 1789, które to Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się również do dostarczenia przedmiotu umowy na adres wskazany przez Zamawiającego tj. Szpitala Tczewskie S.A., ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew oraz do przeprowadzenia szkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi przedmiotów umowy w dniu ich dostawy.
7. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na rzecz Zamawiającego własność przedmiotu umowy określonego w umowie i wydać mu go w sposób w niej określony.
8. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy i zapłacić Wykonawcy w sposób określony w niniejszej umowie.
9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad środowiskowych i BHP obowiązujących u Zamawiającego, których treść stanowi załącznik, odpowiednio, nr 2 i 3 do niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólną Klauzulą Informacyjną stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej Umowy i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

§2.

1. Z tytułu sprzedaży przedmiotu umowy określonego w §1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę:
netto: PLN, (słownie:.....),
brutto: PLN, (słownie:.....).
2. Ustalona wartość umowy, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - Cenę łączną karetek specjalistycznych wraz z zabudową, określonymi przez Zamawiającego w SIWZ do postępowania 06/PN/2019,
 - koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Tczewie, ul. 30-go Stycznia 57/58,
 - koszty ubezpieczenia dostawy do czasu oddania przedmiotu umowy do eksploatacji,
 - koszty za- i rozładunku, jeżeli takie występują,
 - koszty cła, podatku granicznego, jeżeli takie występują,
 - uruchomienie przedmiotu umowy oraz szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego, w zakresie obsługi przedmiotu umowy, które to nastąpią w siedzibie Zamawiającego,
 - Montażu powierzonego przez Zamawiającego sprzętu medycznego, w tym, w szczególności noszy głównych i krzesełek kardiologicznych, w terminie określonym przez Zamawiającego,
 - koszty serwisu gwarancyjnego,
 - pozostałych elementów zawartych w SIWZ do postępowania 06/PN/2019.

§3.

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad oraz o odpowiedniej jakości określonej w ofercie przetargowej oraz w SIWZ do postępowania 06/PN/2019 i ponosi za tę jakość pełną odpowiedzialność.

2. Odbiór odbędzie się po sprawdzeniu jakości i ilości przedmiotu umowy i przeprowadzeniu szkolenia, w wyniku, którego zostanie sporządzony przez przedstawicieli obu stron *Protokół zdawczo-odbiorczy*.
3. Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy dokonają odbioru przedmiotu zamówienia polegającego na sprawdzeniu spełnienia wymogów, parametrów technicznych, wyposażenia – określonych w SIWZ oraz kompletności, sprawności i zdolności do użycia pojazdu oraz jego wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Przekazanie obejmować będzie:
 - a) uruchomienie karetek specjalistycznych i przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w obsłudze przedmiotu umowy,
 - b) prezentacja prawidłowego działania wszystkich mechanicznych i części przedmiotu umowy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu realizacji przedmiotu umowy (ryzyko utraty, uszkodzenia) do czasu jego formalnego przyjęcia, to jest podpisania przez strony *Protokołu zdawczo-odbiorczego*.
6. Podpisany przez strony bez zastrzeżeń *Protokół zdawczo-odbiorczy* stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT.
7. Zapłata należności nastąpi przelewem w dwóch równych transzach;
 - a) pierwsza - w terminie do **30** dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie *Protokołu zdawczo-odbiorczego*, o którym mowa w ust. 2, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń, na podany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy,
 - b) druga - w terminie do **60** dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie *Protokołu zdawczo-odbiorczego*, o którym mowa w ust. 2, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń, na podany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy.Brak uwag w *Protokole zdawczo-odbiorczym*, nie pozbawia prawa Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi i gwarancji, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad.
8. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania w zakupionych ambulansach, w ramach niniejszej umowy sprzętu powierzonego przez Zamawiającego, w celu prawidłowego przystosowania pojazdu dla celów Zamawiającego, w tym w szczególności noszy głównych i krzesełek kardiologicznych - w każdym z zakupionych pojazdów. Montaż powierzonego sprzętu nie może wpływać na skrócenie okresu gwarancji lub rękojmi czy utraty gwarancji w ogóle. Montaż odbędzie się w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

§ 4.

1. Umowa zostanie zrealizowana niezwłocznie, najpóźniej jednak do **10 lipca 2019 r.** – 2 ambulanse oraz do **31 lipca 2019 r.** – 1 ambulans. Ostateczny termin realizacji całego przedmiotu niniejszej umowy ustala się zatem na dzień 31 lipca 2019r.
O terminie dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko.

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu aktualne świadectwo homologacyjne dopuszczenia karetki do użytku w Polsce, wystawione zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o rejestracji pojazdów.
3. Wraz z karetkami specjalistycznymi Wykonawca przekaze Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:
 - a) książkę gwarancyjną karetek specjalistycznych i karty gwarancyjne wyposażenia karetki,
 - b) kartę pojazdu wraz z książką serwisową
 - c) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski uprawnionych do napraw gwarancyjnych,
 - d) instrukcję obsługi karetek specjalistycznych oraz wymaganego wyposażenia - w języku polskim,
 - e) instrukcję obsługi do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu,
 - f) normę zużycia paliwa karetki na 100 km,
 - g) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji karetki,
 - h) dokumenty określające zasady serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego karetki,
 - i) świadectwo PZH na wykładzinę podłogową,
 - j) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię ważnego świadectwa homologacji karetek specjalistycznych w Polsce (na samochód bazowy i zabudowę), wystawioną zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach o rejestracji pojazdów,
 - k) certyfikat zgodności z normami CE, PN-EN 1789+A1:2011,
 - l) dokumenty niezbędne do rejestracji karetek specjalistycznych.

§5

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na zasadach określonych w załączniku nr 5 do niniejszej umowy.
2. Gwarantowany czas reakcji serwisu Wykonawcy wynosi **6 godz.** licząc od momentu zgłoszenia uszkodzenia przedmiotu umowy lub zakłóceń w jego funkcjonowaniu przez Zamawiającego (pismem, email lub fax.).
3. Wykonawca zobowiązany jest do serwisowania karetek specjalistycznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na terenie miasta, w którym mieści się siedziba Zamawiającego, lub zabezpieczenie podstawienia karetki, spełniającej takie same wymagania, w terminie nie dłuższym niż **7 dni**, wliczając w to dni ustawowo wolne od pracy.
4. Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 1 dnia roboczego od chwili jej otrzymania. Maksymalny czas usunięcia wad i usterek i wykonania napraw przedmiotu umowy wynosi do 72 godziny, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia, chyba, że Strony uzgodnią inny termin.
5. Nie rozpatrzenie reklamacji w terminie (w tym nie usunięcie wadi i usterek w terminie), o którym mowa w ust. 4 zostanie potraktowane tak, jak nie terminowe wykonanie umowy.
6. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji karetki o czas trwania naprawy.
7. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek przeprowadzenia ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę.

8. Jeżeli reklamacja Zamawiającego będzie uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
9. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony dostęp do karetki w godzinach jak i po godzinach pracy Zamawiającego po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu.
10. Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży karetek.

§6.

1. W razie nieterminowego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 1% kwoty określonej w §2 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w §4 ust. 1 lub w §5 ust. 5.
2. W przypadku opóźnienia w realizacji umowy o 2 dni od daty, o której mowa w §4 ust. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 1 dnia od daty zdarzenia uprawniającego do odstąpienia, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto określonej w §4 ust. 1, niezależnie od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1.
3. W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 1% ceny określonej w §2 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminach określonych w zał. nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. W przypadku opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu zapłaty, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki stawowe.

§7.

1. Wszelkie koszty związane z zawarciem i realizacją umowy nie wymienione w umowie obciążają Wykonawcę.
2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§8.

1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce tylko w przypadkach określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) lub w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:
 - a) ustawowej zmiany podatku VAT,
 - b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
 - c) zmiany elementów wyposażenia karetki w szczególności w związku z zaprzestaniem produkcji lub dystrybucji pod warunkiem zaoferowania Zamawiającemu urządzenia o parametrach równorzędnych lub wyższych niż parametry przedmiotu oferty. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego,

3. Jako sposób zmian i uzupełnień dozwolonych w treści niniejszej umowy ustala się formę pisemnego oświadczenia, które każdorazowo powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§9.

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej na piśmie.

§10.

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
ze strony Wykonawcy – _____,
tel. _____, e-mail: _____
oraz ze strony Zamawiającego – _____
tel. _____ e-mail: _____
2. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony. Dokonanie zmian w zakresie określonym w niniejszym § Umowy nie stanowi zmiany Umowy, jednakże każdorazowo wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony

§ 11.

1. Wszelkie oświadczenia i informacje składane przez Strony wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń w związku z Umową:
1) dla Wykonawcy – _____
2) dla Zamawiającego – _____
3. Strony wskazują następujące osoby do dokonywania uzgodnień w związku z wykonaniem Umowy
1) dla Wykonawcy – _____
2) dla Zamawiającego – _____
4. Każda ze Stron jest obowiązana niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą Stronę o każdej zmianie adresu pod rygorem uznania pisma skierowanego na dotychczasowy adres za skutecznie doręczone. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.
5. Dokonanie zmian w zakresie określonym w niniejszym § Umowy nie stanowi zmiany Umowy, jednakże każdorazowo wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

§ 12.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w pierwszej kolejności zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), a następnie przepisy Kodeksu Cywilnego
2. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
5. Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część są:
 - a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy oraz załącznik nr 3 do SIWZ, złożone przez Wykonawcę w jego ofercie, do postępowania 06/PN/2019,
 - b) Załącznik nr 2 – Zasady Środowiskowe
 - c) Załącznik nr 3 – Zasady BHP
 - d) Załącznik nr 4 – Ogólna Klauzula Informacyjna
 - e) Załącznik nr 5 – Warunki Gwarancji / Rękojmi
 - e) SIWZ do postępowania 06/PN/2019 – integralna część umowy.
 - f) Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu 06/PN/2019 – integralna część umowy

ZASADY ŚRODOWISKOWE

1. Należy przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, a w szczególności:
 - **przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitale Tczewskie S.A. umowy**
 - **zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpitale Tczewskie S.A.**
 - **zabierać z terenów Szpitale Tczewskie S.A. wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług**

2. Usługodawcy (Wykonawcy) nie wolno:
 - **wwozić na teren Szpitale Tczewskie S.A. jakichkolwiek odpadów**
 - **składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Kierownikiem Działu Technicznego**
 - **myć pojazdów na terenie Szpitale Tczewskie S.A.**
 - **spalać odpadów na terenie Szpitale Tczewskie S.A.**
 - **wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji**

3. **Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w Szpitale Tczewskie S.A. polityki środowiskowej.**

4. **Dopuszczyć Kierownika Działu Technicznego do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi.**

5. **W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Kierownika Działu Technicznego.**

_____ dnia __.__.____ r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZASADY BHP

1. **Należy** przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N-18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze **Szpitala Tczewskie S.A.** umowy,
- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie **Szpitala Tczewskie S.A.**
- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa .

2. **Usługodawca (Wykonawca) musi:**

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych z wykonywaniem przez nich prac,
- powiadamiać **Starszego Specjalistę ds. BHP** o zaistniałych wypadkach przy pracy.

3. Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Umożliwić **Starszemu Specjaliście ds. BHP z Szpitala Tczewskie S.A.** kontrolę postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do **Starszego Specjalisty ds. BHP.**

6. Oświadczam, że pracownicy wykonujący pracę na terenie **Szpitala Tczewskie S.A.** posiadają aktualnie badania zdrowotne i szkolenia BHP.

_____ dnia __. __. ____ r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Szpitale Tczewskie S.A., z siedzibą w Tczewie 83-110, ul. 30-go Stycznia 57/58, reprezentowane przez Prezesa Szpitali Tczewskich S.A. w Tczewie;

2) W Szpitalach Tczewskich S.A. powołany jest inspektor ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest:

- pod numerem telefonu (58)777-67-53,
- pod adresem e-mail: iod@szpitaletczewskiesa.pl,
- pod adresem korespondencyjnym: 83-110 Tczew, ul. 30-go Stycznia 57/58;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu realizacji umowy z Panią/Panem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.), w tym do:

- wszelkich czynności wynikających ze stosowania aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, jak i wewnętrznych regulaminów dokonywania zakupów funkcjonujących u administratora,
- wszelkich czynności związanych z realizacją zawartych umów/zleceń/zamówień, w tym związanych z procedurami reklamacyjnymi, gwarancją, rękojmią oraz kontaktem między Panią/Panem i administratorem,
- wewnętrznych procedur zatwierdzania i monitorowania dostawców,
- nawiązywania współpracy,

b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.), w celu:

- przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności tj. wykazania spełniania przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa,

c) dodatkowo przepisy prawa wymagają od administratora przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych;

4) Administrator podjął wszelkie (stosowne) kroki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przechowywanych w naszych systemach informatycznych przed utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem, zamianą oraz rozpowszechnianiem;

5) Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych i przepisów prawa;

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową zawarcia umowy jeśli obowiązek ich podania przez Panią/Pana wynika z przepisów prawa;

11) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora;

12) Pani/Pana dane są przetwarzane w systemie informatycznym oraz metoda tradycyjną – w wersji papierowej - poza systemem informatycznym.

WARUNKI GWARANCJI / RĘKOJMI

Wymagane są następujące okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego:

- 1) mechaniczna na pojazd bazowy – 24 miesiące bez limitu kilometrów,
- 2) powłoki lakiernicze – 36 miesięcy,
- 3) perforacja korozyjna elementów nadwozia – 60 miesięcy,
- 4) na zabudowę medyczną – 24 miesiące.

Gwarancja na zabudowę medyczną i sprzęt medyczny 24 miesiące. Serwis zabudowy (przedziału) sanitarnej (łącznie z wymaganymi przeglądami okresowymi zabudowy) realizowany będzie w siedzibie Zamawiającego – bezpłatnie przez okres 36 miesięcy. Reakcja serwisu zabudowy sanitarnej na zgłoszoną awarię wynosi 24 godziny (zgłoszenie w dni robocze). Rozpoczęcie naprawy zabudowy sanitarnej w ciągu 48 godzin licząc od chwili zgłoszenia.

Przeglądy gwarancyjne bezpłatne co 12 miesięcy - 2 przeglądy w okresie 2 lat, łącznie z wszystkimi kosztami transportu ambulansu do wskazanego serwisu gwarancyjnego.

Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciągu 72 godzin od zgłoszenia (fizyczne przystąpienie do naprawy), na koszt gwaranta.

Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 72 godzin.

Wymagane są następujące okresy rękojmi liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego:

- 1) mechaniczna na pojazd bazowy – 36 miesięcy bez limitu kilometrów,
- 2) powłoki lakiernicze – 48 miesięcy,
- 3) perforacja korozyjna elementów nadwozia – 72 miesięcy,
- 4) na zabudowę medyczną – 36 miesięcy.

ZAŁĄCZNIK NR 4B DO SIWZ

UMOWA Nr 02/06/PN/2019 (projekt)

Zawarta w dniu-2019 roku w Tczewie pomiędzy :

Szpital Tczewski Spółka Akcyjna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000386185, NIP 593-25-26-795, REGON 220620689, Kap. Zakładowy – 25.122.350,00 zł. wpłacony w całości, z siedzibą: UL. 30-GO STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW, zwana w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:
1) Pana Macieja Bielińskiego – Prezesa Zarządu

a

_____ wpisana do _____,

_____, NIP: _____, REGON: _____

z siedzibą: _____

Zwanym/zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez :

1) _____,

na podstawie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 06/PN/2019 art. 39-46 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., z późn. zm. i aktami wykonawczymi do ustawy, zwanej dalej „PZP”, (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm), złożonej zgodnie z ogłoszeniem z dnia-.....-2019r.

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu 3 szt. krzesełek kardiologicznych oraz 3 szt. noszy głównych, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w terminie **do dnia 10-07-2019r.**
3 szt. krzesełek kardiologicznych oraz 3 szt. noszy, objęte zakresem przedmiotowym niniejszej umowy zwane będą w dalszej części niniejszej umowy „Wyrobami”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy Wyrobów w zakresie i ilościach zgodnych z zestawieniem wyspecyfikowanym w formularzu ofertowo - cenowym oraz załączniku nr 3 do SIWZ złożonych przez Wykonawcę w jego ofercie, w zakresie Pakietu nr 2, do postępowania 06/PN/2019, które to stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania 06/PN/2019 oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, złożona w postępowaniu 06/PN/2019 stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do swobodnego rozporządzania Wyrobami, które są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów, urzędów itp. do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz że wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę niezbędnych uprawnień oraz zgody i zezwoleń odpowiednich organów, urzędów itp., o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, wniesienia i zainstalowania (jeśli dotyczy) zamówionych Wyrobów:
 - a) w okresie do dnia 10 lipca 2019r.
 - b) w dzień roboczy ustalony z Zamawiającym, w godz. od 8:00 do 14:00.
5. Wykonawca oświadcza, iż zaoferowany przedmiot umowy będzie kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania, rozładunku oraz wniesienia Wyrobów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Tczewie, ul. 30-go Stycznia 57/58, na własny koszt i ryzyko.
7. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia Wyrobów podczas transportu nie obciążając przy tym Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami.
8. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Zamawiającemu Wyroby będą posiadały oznaczenia i certyfikaty wymagane w obowiązujących przepisach prawa, w tym, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 211) i będą spełniały warunki określone w normie PN-EN 1865 – „Wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu do przemieszczania pacjenta, stosowanego w ambulansach drogowych” dla potrzeb Zamawiającego, a także wymogi Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia.
9. Wykonawca oświadcza, że parametry jakościowe dostarczonych Wyrobów nie będą gorsze niż te określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie złożonej przez Wykonawcę do postępowania 06/PN/2019.
10. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy Wyroby fabrycznie nowe, o najwyższej jakości, zapewniającej bezpieczne ich użytkowanie, które są odpowiednie do użytkowania w podmiotach świadczących usługi medyczne, będące wyrobami medycznymi.
11. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji jakości na dostarczone Wyroby, na okres min. 24 miesiące. Wykonawca jednocześnie udziela Zamawiającemu rękojmi na dostarczone Wyroby, na okres 36 miesięcy.
12. Zamawiający zastrzega prawo zgłaszania Wykonawcy reklamacji w odniesieniu do dostarczonych Wyrobów i ich części. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrywania zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w wartości 5 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego reklamacji faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną (np. kurier, Poczta Polska).
13. W razie stwierdzenia, że dostarczone Wyroby lub ich części mają wady, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwych Wyrobów lub ich części na Wyroby lub części wolne od wad – niezwłocznie, ale w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, przesłanej przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną lub od dnia wydania ekspertyzy, o której mowa w ust. 15

niniejszego paragrafu, w razie potwierdzenia przez przedmiotową ekspertyzę zasadności reklamacji złożonej przez Zamawiającego.

14. Nieuzasadnione odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji, o której mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i skutkować po stronie Wykonawcy obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości określonej w § 3 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.
15. W przypadku odrzucenia reklamacji, o której mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo wystąpić do właściwego organu, urzędu lub innej instytucji, w celu uzyskania ekspertyzy w zakresie jakości i właściwości Wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę oraz ich zgodności z wymogami przewidzianymi przepisami prawa oraz określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, wszelkie koszty związane z uzyskaniem ekspertyzy ponosić będzie Wykonawca, który zobowiązany będzie do ich zwrotu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.
16. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonych Wyrobów w przypadku dostarczenia Wyrobów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Odmowa przyjęcia Wyrobów w przypadku opisanym w niniejszym ustępie nie skutkuje przedłużeniem terminu realizacji niniejszej umowy.
17. Zamawiający może także odmówić przyjęcia dostarczonych przez Wykonawcę Wyrobów, w przypadku ich dostarczenia przez Wykonawcę z opóźnieniem tj.: po terminie obowiązywania niniejszej umowy. W takim wypadku Zamawiający ma prawo uznać, iż umowa nie została zrealizowana z winy Wykonawcy.
18. Po dostarczeniu zamówionych Wyrobów, następuje ich przyjęcie przez Zamawiającego. Przyjęcie, o którym mowa w zdaniu powyżej, może być poprzedzone sprawdzeniem dostawy. Strony zgodnie postanawiają, iż sprawdzenie dostawy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest równoznaczne z uznaniem, iż zamówione Wyroby spełniają warunki określone w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy złożonej do postępowania 06/PN/2019 i są wolne od wad.
19. Po przyjęciu dostarczonych Wyrobów, Zamawiający wrywkowo sprawdzi ilość oraz czy dostarczone Wyroby są wolne od widocznych wad fizycznych lub jakościowych. Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony jest do obecności podczas tych czynności. Czynność ta nie zwalnia Zamawiającego od prawa złożenia ewentualnej reklamacji w terminie późniejszym, co do ilości oraz wad fizycznych lub jakościowych. Przyjęcie Wyrobów nastąpi na podstawie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego (protokół przekazania – odbioru).
20. Dostarczone przez Wykonawcę Wyroby (dotyczy Wyrobów w opakowaniach) winny mieć na opakowaniu odpowiednie oznaczenia, a w szczególności: rodzaj, nazwę Produktu, ilość, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa

21. Wykonawca wraz z dostawą Wyrobów zobowiązuje się dostarczyć wymagane certyfikaty, materiały informacyjne producenta oraz komplet dokumentacji technicznej dla tych Urządzeń (Wyrobów) - w języku polskim, zawierające niezbędne informacje dla bezpośredniego użytkownika.
22. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy ustawy – Kodeks cywilny.
23. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad środowiskowych i BHP obowiązujących u Zamawiającego, których treść stanowi załącznik, odpowiednio, nr 2 i 3 do niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólną Klauzulą Informacyjną stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej Umowy i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

§ 2.

1. Całkowita wartość Wyrobów, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą przez Wykonawcę w postępowaniu 06/PN/2019, wynosi:

netto: _____ **PLN (słownie:** _____ **)**
brutto: _____ **PLN (słownie:** _____ **)**
podatek VAT _____ **%**

2. Wykonawca gwarantuje stałość cen Wyrobów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 pkt a) niniejszego paragrafu oraz postanowień Par. 8 ust. 2 pkt a).

3. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) Wyrobów wobec wartości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu wyłącznie w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT obejmującej Wyroby.

4. Zmiany wartości (cen) Wyrobów wynikające z wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 3 pkt a) niniejszego paragrafu następują z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 3 pkt a) niniejszego paragrafu w formie pisemnej, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem przed dostawą. W przypadku, gdy termin wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości jest krótszy niż 7 dni od daty jego opublikowania Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 3 pkt. a) niniejszego paragrafu w formie pisemnej niezwłocznie, w każdym jednak razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:

a) **opóźnienia w dostawie Wyrobów** - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% wartości brutto wskazanej w § 2, ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem pkt. b) niniejszego ustępu.

- b) opóźnienie, o którym mowa w pkt. a) niniejszego ustępu nie może przekroczyć łącznie 7 dni. Po przekroczeniu tego terminu uważa się iż umowa nie została wykonana i stosuje się odpowiednio zapis pkt. c) niniejszego ustępu, co do wysokości kary umownej.
- c) **nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy** - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 % łącznej wartości brutto Wyrobów wskazanej w § 2, ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych w przypadku, gdy kary nie pokryją wartości poniesionych szkód.
 3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnościami Wykonawcy przysługującymi mu na podstawie postanowień niniejszej umowy.
 4. Strony mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., z późn. zm. i aktami wykonawczymi do ustawy, zwanej dalej „PZP”, (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)
 5. Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.

§ 4.

1. Zapłata za zamówione i dostarczone Wyroby nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury (prawidłowo wystawionej) przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż przedmiotowa faktura zostanie wystawiona po odbiorze Wyrobów przez Zamawiającego. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy, stanowiący załącznik do Faktury. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzitelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.

§ 5.

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
ze strony Wykonawcy – _____,
tel. _____, e-mail: _____
oraz ze strony Zamawiającego – _____
tel. _____, e-mail: _____
2. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

§ 6.

1. Wszelkie oświadczenia i informacje składane przez Strony wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń w związku z Umową:
1) dla Wykonawcy – _____
2) dla Zamawiającego – _____
3. Strony wskazują następujące osoby do dokonywania uzgodnień w związku z wykonaniem Umowy

1) dla Wykonawcy – _____

2) dla Zamawiającego – _____

4. Każda ze Stron jest obowiązana niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą Stronę o każdej zmianie adresu pod rygorem uznania pisma skierowanego na dotychczasowy adres za skutecznie doręczone. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.
5. Dokonanie zmian w zakresie określonym w niniejszym § Umowy nie stanowi zmiany Umowy, jednakże każdorazowo wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

§ 7.

1. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego oraz jakiegokolwiek osoby trzecie, powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
2. Przez wykonywanie niniejszej umowy w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu, strony rozumieją okres obejmujący czas od chwili zawarcia niniejszej umowy, do czasu odebrania przez Zamawiającego dostarczonych przez Wykonawcę Wyrobów, w tym w szczególności logistyczny proces dostarczenia Wyrobów w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

§ 8.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w pierwszej kolejności zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), a następnie przepisy Kodeksu Cywilnego
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce tylko w przypadkach określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) lub w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:
 - a) ustawowej zmiany podatku VAT,
 - b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

Jako sposób zmian i uzupełnień dozwolonych w treści niniejszej umowy ustala się formę pisemnego oświadczenia, które każdorazowo powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

3. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wynikać przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
5. Załącznikami do niniejszej umowy są:
 - a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy oraz załącznik nr 3 do SIWZ, złożone przez Wykonawcę w jego ofercie, do postępowania 06/PN/2019,
 - b) Załącznik nr 2 – Zasady Środowiskowe
 - c) Załącznik nr 3 – Zasady BHP
 - d) Załącznik nr 4 – Ogólna Klauzula Informacyjna
 - e) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, złożona w postępowaniu 06/PN/2019 – integralna część umowy,
 - f) SIWZ do postępowania 06/PN/2019 – integralna część umowy.

ZASADY ŚRODOWISKOWE

7. Należy przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, a w szczególności:
 - **przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitale Tczewskie S.A. umowy**
 - **zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpitale Tczewskie S.A.**
 - **zabierać z terenów Szpitale Tczewskie S.A. wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług**

8. Usługodawcy nie wolno:
 - **wwozić na teren Szpitale Tczewskie S.A. jakichkolwiek odpadów**
 - **składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Kierownikiem Działu Technicznego**
 - **myć pojazdów na terenie Szpitale Tczewskie S.A.**
 - **spalać odpadów na terenie Szpitale Tczewskie S.A.**
 - **wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji**

9. **Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w Szpitale Tczewskie S.A. polityki środowiskowej.**

10. **Dopuszczyć Kierownika Działu Technicznego do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi.**

11. **W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Kierownika Działu Technicznego.**

Podpis Zleceniobiorcy (Wykonawcy)

.....

Tczew, dnia

ZASADY BHP

1. Należy przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N-18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze **Szpitala Tczewskie S.A.** umowy,
- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie **Szpitala Tczewskie S.A.**
- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa .

2. Usługodawca musi:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych z wykonywaniem przez nich prac,
- powiadamiać **Starszego Specjalistę ds. BHP** o zaistniałych wypadkach przy pracy.

3. Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Umożliwić **Starszemu Specjaliście ds. BHP z Szpitala Tczewskie S.A.** kontrolę postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do **Starszego Specjalisty ds. BHP.**

12. Oświadczam, że pracownicy wykonujący pracę na terenie **Szpitala Tczewskie S.A.** posiadają aktualnie badania zdrowotne i szkolenia BHP.

Podpis Zleceniobiorcy (Wykonawcy)

.....

Tczew, dnia

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Szpitale Tczewskie S.A., z siedzibą w Tczewie 83-110, ul. 30-go Stycznia 57/58, reprezentowane przez Prezesa Szpitali Tczewskich S.A. w Tczewie;

2) W Szpitalach Tczewskich S.A. powołany jest inspektor ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest:

- pod numerem telefonu (58)777-67-53,
- pod adresem e-mail: iod@szpitaletczewskiesa.pl,
- pod adresem korespondencyjnym: 83-110 Tczew, ul. 30-go Stycznia 57/58;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu realizacji umowy z Panią/Panem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.), w tym do:

- wszelkich czynności wynikających ze stosowania aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, jak i wewnętrznych regulaminów dokonywania zakupów funkcjonujących u administratora,
- wszelkich czynności związanych z realizacją zawartych umów/zleceń/zamówień, w tym związanych z procedurami reklamacyjnymi, gwarancją, rękojmią oraz kontaktem między Panią/Panem i administratorem,
- wewnętrznych procedur zatwierdzania i monitorowania dostawców,
- nawiązywania współpracy,

b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.), w celu:

- przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności tj. wykazania spełnienia przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa,

c) dodatkowo przepisy prawa wymagają od administratora przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych;

4) Administrator podjął wszelkie (stosowne) kroki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przechowywanych w naszych systemach informatycznych przed utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem, zamianą oraz rozpowszechnianiem;

5) Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych i przepisów prawa;

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową zawarcia umowy jeśli obowiązek ich podania przez Panią/Pana wynika z przepisów prawa;

11) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora;

12) Pani/Pana dane są przetwarzane w systemie informatycznym oraz metoda tradycyjną – w wersji papierowej - poza systemem informatycznym.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (WZÓR)

<i>(pieczęć Wykonawcy)</i>	OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
----------------------------	---

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr 06/PN/2019, na:

Dostawę ambulansów typu C i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.

Niniejszym oświadczam(y), iż:

- 1) *nie należę/ymy do żadnej **
- 2) *należę/ymy do**

(*niepotrzebne skreślić)

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z przynależnością do grupy kapitałowej podajemy jej uczestników:

(Wykonawca nie należący do grupy kapitałowej poniższe rubryki przekreśla lub pozostawia niewypełnione).

W związku z przynależnością do grupy kapitałowej, w przypadku gdy uczestnicy tej grupy kapitałowej złożąby odrębne oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu, przedkładam dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

_____ dnia __.__.____ r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)